

***Wszyscy Wykonawcy
Materiały Przetargowe SIWZ
ZPP-2810-07/17***

W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265) przekazuję Państwu treść pisemnych pytań oraz odpowiedzi związanych z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania wraz z treścią modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej SIWZ

1. Dotyczy : zadania 5: Ergometr spinningowy:
Czy zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o następujących parametrach:

1.	Koło zamachowe: 18 kg
2.	16-stopniowy zakres obciążenia
3.	Maks. obciążenie wagowe: 130 kg
4.	Waga 50 kg
5.	Wymiary: 105x60x110cm
6.	System hamowania: szczęki hamulcowe z hamulcem bezpieczeństwa
7.	Zakres oporu: 16-stopniowy
8.	Stopki poziomujące
9.	Ręczne sterowanie obciążeniem

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści zaproponowane parametry urządzenia ergometr spinningowy.

W związku pytaniami dotyczącymi parametrów asortymentu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że należy zastosować zmiany udzielone

przez Zamawiającego do parametrów zawartych załączniku nr 1 do SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego.

Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych postanawia się wprowadzić modyfikacje zmiany zapisów SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).

Wszelkie zmiany udzielone w pytaniach należy uwzględnić Załączniku nr 1 do SIWZ,

*Niniejszą modyfikację zapisów SIWZ
zatwierdzam dnia 26.05.2017r.*